

Sodi Scientifica s.r.l.  
Via Poliziano, 20  
50041 - Calenzano (FI)  
Tel.: +39 055886861  
Mail: info@sodi.com

Laboratorio Accreditato di Taratura  
Accredited Calibration Laboratory

LAT N° 290  
Membro degli accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements

Pagina 1 di 4  
Page 1 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°  
Certificate of Calibration n° Autovelox 105 SE\_26-07-22\_946750

- data di emissione  
data of issue 26/07/2022

- cliente  
customer Comune Rimini (RN) P.za Cavour, 27

- destinatario  
receiver Comando Polizia Municipale V. Della  
Gazzella, 27 Rimini

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accREDITAMENTO LAT N.° 290 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo autorizzazione scritta da parte del Centro.

Si riferisce a  
Referring to

- oggetto  
item Dispositivo di misura della velocità  
istantanea di veicoli

- costruttore  
manufacturer Sodi Scientifica S.r.l.

- modello  
model Autovelox 105 SE

- matricola  
serial number 946750 (rilevatore)

- data di ricevimento oggetto  
date of receipt of item 26/07/2022

- data delle misure  
date 26/07/2022

- registro di laboratorio  
laboratory reference Autovelox 105 SE\_26-07-22\_946750

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 290 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura citata alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.*

Responsabile di Laboratorio  
(Approving Officer)

Fabio Settecase



CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°  
Certificate of Calibration n°

Autovelox 105 SE\_26-07-22\_946750

Pagina 2 di 4

Page 2 of 4

- Descrizione dell'oggetto in taratura  
*Description of the item to be calibrated*

Il dispositivo sottoposto a taratura è un misuratore di velocità istantanea di veicoli basato su tecnologia laser, con risoluzione pari a 1 km/h.

- Identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature  
*Technical procedures used for calibration performed*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato di Taratura sono stati ottenuti applicando la procedura PRT.74.01 rev.02.

- Identificazione dei campioni che garantiscono la catena di riferibilità del Centro  
*Identification of instruments which guarantee the traceability chain of the Center*

La catena di riferibilità ha origine dai seguenti campioni di prima linea:

- S/N 4709/07, matr. 1001, munito di Certificato di Taratura n. C19363/21 emesso da S.D.M. Measuring Instruments snc in data 07/04/2021
- S/N MY40016248, matr. 1002, munito di Certificato di Taratura n. 21-0347 emesso da Gamma Misure S.r.l. in data 11/03/2021
- S/N 160323410, matr. 1003, munito di Certificato di Taratura n.111-21077 emesso da Federal Institute of Metrology METAS in data 01/03/2021
- S/N 950892, matr. 1004, munito di Certificato di Taratura n. CT-IGRO-0136-2021 emesso da Trescal S.r.l. in data 15/03/2021

- Luogo di taratura e condizioni ambientali  
*Site of calibration and environmental conditions*

La taratura è stata effettuata in laboratorio.

Temperatura ambiente:                   min 30,65 °C  
  max 30,95 °C

- Tipo di verifica  
*Verification type*

Lo strumento in taratura è stato sottoposto ad una verifica di taratura periodica, in accordo al D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, Capo 3.

Responsabile di Laboratorio  
(Approving Officer)

Fabio                   Settecase



CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°  
Certificate of Calibration n°

AutoveloX 105 SE\_26-07-22\_946750

Pagina 3 di 4  
Page 3 of 4

- Campo di velocità e distribuzione dei valori di velocità simulata  
Range of measurements and distribution of simulated speed values

Velocità minima simulata:	30	km/h
Velocità massima simulata:	230	km/h
Numero complessivo di rilevamenti:	550	
	$V_{REF}$	N° rilev.
	30	50
	50	50
	70	50
	90	50
Distribuzione dei valori di velocità oggetto di verifica ( $V_{REF}$ in km/h):	110	50
	130	50
	150	50
	170	50
	190	50
	210	50
	230	50

Responsabile di Laboratorio  
(Approving Officer)

Fabio Settecase



Sodi Scientifica s.r.l.  
Via Poliziano, 20  
50041 - Calenzano (FI)  
Tel.: +39 055886861  
Mail: info@sodi.com

Laboratorio Accreditato di Taratura  
Accredited Calibration Laboratory

LAT N° 290  
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 290 n°  
Certificate of Calibration n°

AutoveloX 105 SE\_26-07-22\_946750

Pagina 4 di 4  
Page 4 of 4

**Dichiarazione di conformità**

**Declaration of conformity**

- riferimento normativo **DM 282 del 13 giugno 2017**  
*referring standard* Circolare Accredia 04/2019/DT

- tipo di verifica e limiti **Verifica periodica**  
*verification type and limits*  $L_s$   $L_{R1}$   $L_{R2}$   $L_{Sm}$   $L_{R1m}$   $L_{R2m}$   
4,00 0,960 1,040 1,50 0,985 1,015

- Risultati della verifica ed incertezza di misura  
*Verification results and expanded uncertainty*

V <sub>REF</sub> [km/h]	S (V <sub>UUT</sub> - V <sub>REF</sub> )						U (inc. estesa)		R (V <sub>UUT</sub> /V <sub>REF</sub> )			Verif. singola misura	Verif. media misure
	medio	max.	min.				medio	max.	min.				
30	-0,01 km/h	0,03 km/h	-0,97 km/h	0,03 km/h	-0,97 km/h	0,32 km/h	0,32 km/h	-	-	-	conforme	conforme	
50	0,01 km/h	0,05 km/h	-0,95 km/h	0,05 km/h	-0,95 km/h	0,32 km/h	0,32 km/h	-	-	-	conforme		
70	-0,69 km/h	0,07 km/h	-0,93 km/h	0,07 km/h	-0,93 km/h	0,36 km/h	0,36 km/h	-	-	-	conforme		
90	0,07 km/h	0,09 km/h	-0,91 km/h	0,09 km/h	-0,91 km/h	0,43 km/h	0,43 km/h	-	-	-	conforme	conforme	
110	-0,79 %	0,10 %	-0,81 %	0,10 %	-0,81 %	0,48 %	0,48 %	0,992	1,001	0,992	conforme		
130	-0,39 %	0,88 %	-0,66 %	0,88 %	-0,66 %	0,49 %	0,49 %	0,996	1,009	0,993	conforme		
150	0,08 %	0,11 %	-1,23 %	0,11 %	-1,23 %	0,48 %	0,48 %	1,001	1,001	0,988	conforme		
170	-0,18 %	0,70 %	-0,48 %	0,70 %	-0,48 %	0,50 %	0,50 %	0,998	1,007	0,995	conforme		
190	-0,01 %	1,16 %	-0,42 %	1,16 %	-0,42 %	0,51 %	0,51 %	1,000	1,012	0,996	conforme		
210	-0,25 %	0,59 %	-0,84 %	0,59 %	-0,84 %	0,52 %	0,52 %	0,998	1,006	0,992	conforme		
230	-0,14 %	0,98 %	-0,76 %	0,98 %	-0,76 %	0,53 %	0,53 %	0,999	1,010	0,992	conforme		

Il dispositivo in taratura, tenuto conto della regola decisionale stabilita dalla circolare Accredia 04/2019/DT, risulta **conforme** ai limiti ammessi per la Verifica periodica, stabiliti al capo 3 del D.M. 282 del 13 giugno 2017.

Responsabile di Laboratorio  
(Approving Officer)

Fabio Settecase

